

УТВЕРЖДАЮ
Главный управляющий директор
ООО "Горводоканал"

Ю.О. Ильин

« 31 » марта 2021г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку газоанализаторов в ООО «Горводоканал»

№ п/п	Перечень основных данных и требований	Содержание основных данных и требований
1	Наименование	Газоанализатор переносной многоканальный
2	Заказчик	ООО «Горводоканал» Почтовый адрес: 440031, г. Пенза, ул. Кривозерье, 24 ИНН 5836623790 ОГРН 1065836023714 РС 407028100480000000206 Отделение № 8624 Сбербанка России г. Пенза К/с 301018100000000000635 БИК 45655635 Главный управляющий директор Ю.О. Ильин действует на основании доверенности №248 от 15.11.2019 г. Тел.: +7(8412) 20-96-20, факс: +7(8412) 34-60-75 e-mail: vodokanal-pnz@gvkpenza.ru
3	Основание для проведе- ния поставки	Требование пункта 151 «Правил по охране труда в жилищно-коммунальном хозяйстве», утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2020г. № 758н
4	Место поставки	ООО «Горводоканал», адрес: г. Пенза, ул. Кривозерье, 24
5	Количество	8 (восемь) штук
6	Источник финансирова- ния	Собственные средства
7	Назначение	Оперативное автоматическое определение содержания кислорода, токсичных и горючих газов в воздушной среде колодцев и других заглубленных объектах с сигнализацией о достижении установленных пороговых значений.
8	Основные технические требования	1.Соответствие ГОСТ 13320-81; 2.Организация-поставщик должна иметь опыт по оказанию услуг по техническому обслуживанию и поверке приборов, что должно быть подтверждено документально; 3. Тип поставляемых приборов должен быть внесён в Гос-реестр средств измерений РФ; 4. Приборы должны подлежать обязательной периодиче-ской поверке. На момент поставки они должны быть пове-рены.
9	Конструктивные требо- вания	1. Наличие световой, звуковой и цифровой сигнализации о выходе содержания определяемых компонентов за пределы установленных пороговых значений. 2. Наличие средств для дистанционного определения со-держания кислорода, токсичных и горючих газов в воз-душной среде колодцев и других заглубленных объектах. 3. Малогабаритное исполнение.

		4. Диапазон температур окружающей среды от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$. 5. Питание газоанализатора от аккумуляторной батареи. Наличие зарядного устройства. 6. Степень пыле - влагозащищённости не ниже IP54. 7. Наличие сертификата или декларации о соответствии и свидетельства об утверждении типа.
10	Измеряемые компоненты и диапазон измерения	Кислород - O_2 - 0-30 об.%, Метан - CH_4 - 0-0,5 об.%, Оксид углерода - CO - 0 - 100 мг/м³ Сероводород - H_2S - 0 - 100 мг/м³
11	Пороги срабатывания сигнализации	Кислород O_2 - менее 18 об. % CH_4 - 0,44 об. % CO - 20 мг/м³ H_2S - 10 мг/м³
12	Комплект поставки	Газоанализатор, зарядное устройство, аккумуляторная батарея, сумка для переноски, руководство по эксплуатации, схема подключения приборов, паспорта на приборы, сертификат (декларация) соответствия приборов, документы подтверждающие сертификацию первичной поверки, свидетельство об утверждении типа СИ, методика поверки прибора.
13	Срок поставки	45 рабочих дней
14	Гарантийный срок	На поставляемые приборы и комплектующие должна распространяться гарантия завода-изготовителя сроком не менее 24 месяцев с момента поставки потребителю. Все гарантийные обязательства выполняются в полном объеме и при возникновении технических неисправностей, в том числе замена датчиков (сенсоров) устраняются за счёт Поставщика. Гарантийный срок продлевается на время устранения Поставщиком выявленных в период гарантийного срока дефектов.
15	Особые требования	1. Поставщик организывает доставку приборов до места поставки. Стоимость доставки включается в стоимость приборов. 2. Приборы должны поставляться в стандартной заводской упаковке без повреждений. 3. На момент поставки дата <u>первичной</u> поверки приборов не должна превышать 2 месяца. 4. Обязательное заключение между Поставщиком и Заказчиком договора на выполнение услуг по поверке, ремонту и техническому обслуживанию приборов согласно сроков поверки, указанных в паспортах на приборы. Поверка осуществляется непосредственно Поставщиком прибора. 5. В случае выхода из строя прибора и его комплектующих во время гарантийного периода Поставщик обязуется произвести ремонт и внеочередную поверку за счет собственных средств.

Технический директор

Начальник отд. ОТ и ПБ

Начальник АСУИВТ

А.С. Наголюк

Р.Р. Янборисов

В.А. Соколов