


Утверждаю:
Технический директор ООО «Горводоканал»

 А.С. Наголюк

«__» _____ 2020 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на проведение поверки газоанализаторов ООО «Горводоканал»

1. Общие требования

1.1. Место проведения работ:

- по месту расположения организации, проводящей поверку и ремонт газоанализаторов (далее: средства измерения).

1.2. Организация, осуществляющая поверку средств измерений, должна быть аккредитована в национальной системе аккредитации на право поверки средств измерений.

1.3. Перечень и количество газоанализаторов, принадлежащих ООО «Горводоканал», подлежащих поверке в 2020 году, а также сроки проведения поверки средств измерений указаны в приложении 1 к данному техническому заданию.

1.4. Работы выполняются в соответствии с разработанными сотрудниками ООО «Горводоканал» и согласованными с исполнителем графиками поверки средств измерений на 2020 год.

1.5. Организация, осуществляющая данный вид работ, должна располагать необходимым эталонным и вспомогательным оборудованием. Оборудование, используемое для проведения поверки средств измерений, должно обеспечивать требуемую точность и соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к данным видам работ.

1.6. Исполнитель должен иметь в наличии на складе сенсоры газов (хлора, кислорода, углекислого газа и метана). для замены их в случае необходимости во время предповерочной подготовки.

1.7. Работы производятся в соответствии с Федеральным законом от 26 июня 2008г. №102* ФЗ «Об обеспечении единства измерений», действующими нормативными документами по обеспечению единства измерений.

1.8. Исполнитель должен соответствовать следующим требованиям:

- обладать профессиональной квалификацией, соответствующей видам выполняемых работ, необходимыми профессиональными знаниями и опытом;
- иметь необходимые финансовые, материальные и трудовые ресурсы для выполнения необходимого объема работ;

1.9. Предповерочную подготовку и необходимый ремонт Исполнитель выполняет собственными силами, не привлекая метрологические лаборатории и другие сторонние сервисные центры. Исполнитель вправе привлекать аккредитованные на право проведения поверки средств измерений организации.

2. Требования к выполнению работ

2.1. Поверка и ремонт средств измерений осуществляется аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, физическими лицами в соответствии с действующим законодательством и нормативными документами, утверждаемыми по результатам испытаний по утверждению типа средства измерений.

2.2. Руководство аккредитованных на поверку средств измерений в области государственного регулирования обеспечения единства измерений юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, должно гарантировать компетентность всех, кто

работает с поверочным оборудованием, проводит поверку, оценивает результаты, подписывает протоколы и свидетельства о поверке. Исполнитель должен обладать профессиональной квалификацией, а также опытом работы в сфере обеспечения единства измерений.

2.3. Результатом поверки является подтверждение соответствия средства измерения метрологическим требованиям. Результаты поверки СИ удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке.

2.4. Знаки поверки должны наноситься на средства измерений во всех случаях, когда конструкция средств измерений не препятствует этому и условия их эксплуатации обеспечивают сохранность знаков поверки в течение всего межповерочного интервала.

2.5. Если особенности конструкции (или особенности эксплуатации) средства измерения делают невозможным нанесение на них знаков поверки, то знаки поверки заносятся в паспорт средств измерений или выдается свидетельство о поверке.

2.6. В целях предотвращения доступа к узлам регулировки или элементам конструкции СИ, при наличии у средств измерений мест пломбирования, на СИ устанавливаются пломбы, несущие на себе знаки поверки.

2.7. Услуги по выполнению предповерочной подготовки, поверки, ремонта средств измерений должны быть выполнены качественно в соответствии с действующими нормативными документами и в сроки, установленные в графиках поверки.

2.8. Ремонт средств измерений должен осуществляться в соответствии с технической необходимостью проведения ремонта и по согласованию с представителями ООО «Горводоканал». Исполнитель должен иметь необходимое оборудование и собственную ремонтную базу для выполнения необходимого ремонта. В случае замены сенсоров исполнитель осуществляет возврат заказчику снятых комплектующих.

3. Условия проведения работ.

3.1. Оказание услуг проводится на территории исполнителя.

3.2. Доставка приборов на поверку и возврат до склада Заказчика осуществляется за счет исполнителя. Стоимость данного вида услуг входит в стоимость поверки приборов.

3.3. При проведении работ по поверке средств измерений необходимо использование действующих нормативных документов по обеспечению единства измерений, соблюдение требований к поверке средств измерений, заданных в нормативной и методической документации.

3.4. Предоставлять все сведения о ходе исполнения работ.

3.5. Работа заканчивается выдачей свидетельства о поверке, нанесением знака поверки, записью в эксплуатационных документах и доставкой приборов до склада заказчика.

Начальник отдела АСУИВТ

Главный специалист по метрологии



В.А. Соколов

Т.А. Шиянова